

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Томской области»

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU. 311225

Срок действия аттестата по аккредитации - бессрочно.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
в области обеспечения единства измерений: 17.07.2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 55246/203

Действительно до
«16» мая 2020 г.

Средство измерений Спектрометр рентгенофлуоресцентный ARL Perform'X,
№ 67084-17

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 0407

в составе - _____

номер знака предыдущей поверки - _____

поверено в полном объеме

наименование единиц величины, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с МП-242-2071-2016 «Спектрометры рентгенофлуоресцентные

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
ARL Perform'X. Методика поверки»

с применением эталонов: ГСО 10504-2014, ИСО УГ7к

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или

погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха

перечень влияющих факторов, нормированных в документе

20 °С; относительная влажность 45 %; атмосферное давление 100 кПа

на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.



Начальник ОТГФХСИ

должность руководителя
подразделения или другого
уполномоченного лица

подпись

Коноваленко Владимир Викторович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Шиверская Ирина Евгеньевна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«17» мая 2019 г.

028514